



# **BIONOTE ANIGEN RAPID GIARDIA TESTKIT**

## **Evaluierung**

		Mikroskopische Untersuchung		
		Positiv	Negativ	Gesamt
<b>BIONOTE Anigen Rapid Giardia Ag Testkit</b>	Positiv	32	3	35
	Negativ	1	164	165
	Gesamt	33	167	200

**Sensitivität: 91,4 %**  
**Spezifität: 99,3 %**

### **Service und Vertrieb**

**PHARMADOC GmbH** · Hauptstr. 27 f 23923 Lüdersdorf

Bestell-Hotline: 038821 - 620 20

Medizinisch-Wissenschaftliche Abteilung: Tel.: 03671 - 35 71 46



Bionote\_Giardia\_Ab\_Evaluierung\_DE\_2018-06-15\_V1