



BIONOTE ANIGEN RAPID GIARDIA TESTKIT

Evaluierung

		Mikroskopische Untersuchung		
		Positiv	Negativ	Gesamt
BIONOTE Anigen Rapid Giardia Ag Testkit	Positiv	32	3	35
	Negativ	1	164	165
	Gesamt	33	167	200

Sensitivität: 91,4 %
Spezifität: 99,3 %

Service und Vertrieb

PHARMADOC GmbH · Hauptstr. 27 f 23923 Lüdersdorf

Bestell-Hotline: 038821 - 620 20

Medizinisch-Wissenschaftliche Abteilung: Tel.: 03671 - 35 71 46



Bionote_Giardia_Ab_Evaluierung_DE_2018-06-15_V1